RENYLAB
DIAGNÓSTICOS IN VITRO

Renyfix

FINALIDADE:
Fixador citológico spray.

INDICAÇÕES:
Renyfix é um produto para diagnostico de uso in vitro indicado para fixação de material biológico em lâminas de vidro a partir de material coletado a partir de colo do útero, parede vaginal, etc...

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:
Frasco spray com 100 mL.

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:
- Lâminas.
- Lamínulas.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:
O produto deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

PRECAUÇÕES:
- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do produto.
- Somente para uso diagnóstico "in vitro".
- Evitar o contato com pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada com água corrente.
- Por tratar-se de solução alcoólica deve-se tomar os cuidados inerentes ao uso do álcool em laboratório.

AMOSTRA:
Material cervical.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:
1. Confeccionar os esfregaços e deixar secar à temperatura ambiente;
2. Fixar os esfregaços.

CONTROLE DE QUALIDADE:
- Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo Departamento de Controle de Qualidade da Renylab.
- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato.
- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.
- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.

BIBLIOGRAFIA:
1. Stanley S. Raphael: Lynch: Técnicas de laboratório; 1986.
2. Lima O. A.; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: Métodos de laboratório aplicados à clínica; 1992.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:
Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:
sac@renylab.ind.br
Telefax: (32) 3331-4489
NO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

Fabricado e distribuidor por:
RenyLab Química e Farmacêutica Ltda
Rodovia BR 040 km 697 Caiçaras
Cep: 36.205-666 - Barbacena – MG - Brasil
Tel.: 55 32 3331-4489
CNPJ: 00.562.583/0001-44
www.renylab.ind.br
Responsável técnico: Dr. Renê Vaz de Mello.
CRF-MG:2709
MS: 80002670061