

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB046	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Meio OF glicose com óleo		
Pág: 1/1			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Meio OF glicose com óleo
Finalidade: Meio utilizado para a diferenciação de bacilos Gram-negativos quanto à capacidade do microrganismo em utilizar os carboidratos pela via oxidativa ou fermentativa.

Data de fabricação: 10/09/2018	Lote: 18091264
Data de validade: 10/03/2019	Apresentação: Tubo de vidro com rosca 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 10/09/2018
Numero MS: 80002670075	Armazenagem: 2º a 8°C

Análise Físico química

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Verde com óleo na superfície	De acordo
pH a 25°C	6,8 ± 0,2	6,78
Volume envasado	3,0 mL	3,0 mL

Análise de Desempenho

Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 10145	Meio Inalterado	De acordo
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Desenvolvimento de cor amarelo.	De acordo

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	De acordo

Bibliografia

Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pag. 39.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas.

Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

Data: 11/09/2018

Analista Responsável



Antonio dos Santos Galli

Gerente Controle de Qualidade



Daniela de Sales Guillarducci