

Controle de Qualidade

oritiois de Qualitado				
Certificado de análise – Caldo Selenito.				
Finalidade: Utilizado para o enriquecimento e isolamento de Salmonella spp. e Shigella spp. em amostras de				
fezes, urina e alimentos				

Data de fabricação: 03/08/2018	Lote: 18081101
Data de validade: 03/02/2019	Apresentação: Tubo vidro rosca 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 03/08/2018
Numero MS: 80002670074	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química				
Teste realizado	Especificação	Resultado		
Inspeção Visual	Líquido Transparente	De acordo		
рН	7,0 ±0,1	7,09		
Volume	3mL	3 mL		

Analise de Desempenho				
Cepas	Resultado esperado	Resultado		
Salmonella typhimurium ATCC14028	Crescimento	De acordo		
Escherichia coli ATCC 25922	Inibição parcial a total	De acordo		

Análise da esterilidade				
Ensaio	Especificação	Resultado		
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	De acordo		

Bibliografia	
= ionegrana	
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág. 9.	

Parecer A amostra analisada atende às especificações descritas

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

Data: 06/08/2018

Analista Responsável

Garantia da Qualidade

Antonio dos Santos Galli

Daniela de Sales Guilarducci