RenyLab	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB058	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Columbia		
Pág: 1/1			
Revisão: 00	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 10/01/2015	Mônica		Daniela

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Columbia
Finalidade: Meio que oferece ótimas condições de crescimento a maioria de microrganismos, a conservação dos eritrócitos íntegros favorecem a formação de halo de hemólises nítidos, úteis para diferenciação de *Streptococcus spp. e Staphylococcus spp*.

Data de fabricação: 17/09/2018	Lote: 18091295
Data de validade: 17/12/2018	Apresentação: Placa de petri lisa 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 17/09/2018
Numero MS: 80002670075	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química		
Teste realizado	**Especificações**	**Resultado**
Inspeção visual	Vermelho	De acordo
pH a 25ºC	7,3 ± 0,2	7,46
Volume	23 ml	23 mL

Analise de Desempenho		
Cepas	**Cepas**	**Resultado**
Streptococcus pyogenes ATCC 19615	Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total)	De acordo
Streptococcus pneumoniae ATCC6305	Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial)	De acordo
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias.	De acordo

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48h de incubação em estufa microbiológica	De acordo

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV- pág.14

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

Data: 19/09/2018

Analista

Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico

Antônio dos Santos Galli

RenyLab Química e Farmacêutica LTDA
Rodovia BR-040 KM 697- Caiçaras- Barbacena MG Tel: (32) 3331- 4489
sac@renylab.ind.br