RenyLab	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB001	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Bile esculina		
Pág:1/1			
Revisão: 01	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data:22/12/2014	Renata	**Mônica**	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise Ágar Bile Esculina
Indicação: Meio de cultura indicado para diferenciação de enterococos e estreptococos grupo D.

Data de fabricação: 10/10/2018	Lote:18101406
Data de validade: 10/04/2019	Embalagem:Tubo de vidro 13x100mm
Quantidade amostrada:10	Data da amostragem: 10/10/2018
Registro MS:80002670075	Armazenagem: 2º a 8ºC

Analise Físico Química		
	Resultado esperado	**Resultado**
Inspeção Visual	Palha	De Acordo
pH	6,4 ±0,2	6,80
Volume	3 mL	3 mL

Analise de Performance		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Streptococcus pyogenes ATCC19615	Meio inalterado	De acordo
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Enegrecimento do meio	De acordo

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	De acordo

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas.Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

Data: 15/10/2018

Analista

Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico

Antônio dos Santos Galli

RenyLab Química e Farmacêutica LTDA
Rodovia BR-040 KM 697- Caiçaras- Barbacena MG Tel: (32) 3331- 4489
sac@renylab.ind.br