

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB024	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar <i>Salmonella -Shigella</i>		
Pág: 1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 02/09/2016	Renata	Daniela	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar <i>Salmonella - Shigella</i>	
Finalidade: Usado como meio seletivo e diferencial para o isolamento de <i>Salmonella - Shigella</i> . Permite diferenciar bactérias lactose positivas e negativas, além de detectar a produção de H ₂ S. Possui componentes (saís de bile, verde brilhante e citrato de sódio) que inibem microrganismos Gram positivos.	

Data de fabricação: 05/11/2018	Lote: 18111509
Data de validade: 05/02/2019	Apresentação: Placa de Petri Lisa 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 05/11/2018
Numero MS: 80002670074	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificações	Resultado
Inspeção visual	Vermelho alaranjado	De acordo
pH a 25ºC	7,0 ± 0,2	7,03
Volume	23 mL	23 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Cepas	Resultado
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC14028	Colônias incolores com centro preto.	De acordo
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colônias incolores	De acordo
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento inibido	De acordo

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	De acordo

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV- página 8.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i>

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

Data: 07/11/2018

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli