

		CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: CAPA067	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Imunotest Sangue Oculto		
Pág.: 1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 16/10/2018	Mônica	Antônio	Ana Paula

Controle de Qualidade
Certificado de análise Imunotest Sangue Oculto

Data de Fabricação: 16/10/2018	Lote: 18101426
Data de Validade: 30/05/2019	Apresentação: Caixa de 1 frasco com 20 testes
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 16/10/2018
Número MS: 80002670081	Cód.: 2290

Kit para determinação qualitativa do sangue oculto nas fezes, por método imunocromatográfico de anticorpo monoclonal marcado e anticorpo policlonal anti hemoglobina humana de fase sólida.

Controle de Qualidade		
Teste	Especificação	Resultado
POSITIVO	Surgimento de 2 bandas coloridas, 1 na área T (teste) e outra na área C (controle)	De Acordo
NEGATIVO	Surgimento de 1 banda colorida na área C (controle)	De Acordo
INVÁLIDO	Não surgimento da banda C (controle) com o surgimento ou não da banda T (Teste)	Não Observado

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 16/10/2018

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli