

		CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: CAPA041	Título: Certificado de Análise de Líquido para conservação das fezes. (M.I.F.)		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise de Líquido para conservação das fezes (M.I.F.)

Data de Fabricação: 06/09/2018	Lote: 18091254
Data de validade: 06/09/2020	Embalagem: Frasco pet âmbar de 1000mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 06/09/2018
Número MS: 80002670084	Cód.: 55

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução levemente alaranjada	D.A
pH	3,5 a 4,5	4,48
Densidade	1,005 a 1,025 g/cm ³	1,009 g/cm³

- D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ054 e Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>


Data: 06/09/2018

Analista Responsável



Antonio dos Santos Galli

Garantia da Qualidade



Daniela de Sales Guillarducci

