

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA063	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Uretest		
Pág:1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise Uretest

Data de fabricação: 29/01/2019	Lote: 19010125
Data de validade: 29/01/2020	Embalagem: Tubo Eppendorf 1,5 mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 30/01/2019
Número MS: 80002670069	Cód.: 7

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido amarelo vivo inodoro	D.A
Densidade	1,004 – 1,030 g/cm ³	1,009 g/cm ³
pH	5,0 a 7,0	5,48
Ensaio colorimétrico	A mesma tonalidade do padrão	D.A
Teste da uréia	Positivo	D.A
Análise Microbiológica		
Ensaio	Especificação	Resultado
Crescimento Bacteriano	Ausente	D.A

- D.A = de acordo

Bibliografia
Farmacopeia Brasileira 5ª edição, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 31/01/2019

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli