

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA038	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado –Lugol		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle da Qualidade
Certificado de análise Lugol

Data de Fabricação: 10/10/2018	Lote: 18101401
Data de validade: 10/10/2020	Embalagem: Frasco Pet âmbar 60mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 10/10/2018
Número MS:80002670067	Cód.: 10474

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução marrom avermelhada	D.A
Densidade	1,000 a 1,100 g/cm ³	1,014 g/cm³
pH	3,0 a 6,0	5,35

- D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ050 e Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 10/10/2018

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli

