

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA016	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Azul de Metileno		
Pág:1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Azul de Metileno

Data de Fabricação: 10/12/2018	Lote: 18121683
Data de validade: 10/12/2020	Embalagem: Frasco penicilina de 6mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 28/11/2018
Número MS: 80002670067	Cód.: 785

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução azul escuro	D.A
Densidade	0,995 a 1,050 g/cm ³	1,000
pH	3,5 a 7,0	4,12


- D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ049 e Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 10/12/2018

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli

