RenyLab	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA028	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Hematoxilina		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 22/12/2014	Renata	**Mônica**	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise Hematoxilina

Data de Fabricação: 28/01/2019	Lote: 19010112
Data de validade: 28/01/2021	Embalagem: Frasco Pet âmbar de 1000 mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 29/01/2019
Número MS: 80002670067	Cód.: 12

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Solução roxo escuro	**D.A**
Densidade	1,000 a 1,100 g/cm^3	**1,040 g/cm^3**
pH	2,0 a 4,0	**2,49**

Análise Microscópica (método de coloração Papanicolaou)		
Descrição	**Especificação**	**Resultado**
Aspecto celular	O núcleo deve ser corado pela hematoxilina, resultando em uma coloração azul.	**D.A**

- D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ038, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 29/01/2019

Analista

Joelma

Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico

Antônio dos Santos Galli