

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB019	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Mueller Hinton		
Pág: 1/2			
Revisão: 03	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/09/2016	Renata	Antônio	Daniela

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Mueller Hinton
Finalidade: Meio utilizado para realização do teste de avaliação da resistência aos antimicrobianos pelo método da difusão dos discos para bactérias de crescimento rápido.

Data de fabricação: 16/04/2019	Lote: 19040475
Data de validade: 16/07/2019	Apresentação: Placa de Petri 140x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 16/04/2019
Número MS: 80002670074	Armazenagem: 2° a 8°C.

Análise físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Amarela palha	Amarela palha
Espessura	3,7 a 4,3 mm	4,1 mm
pH	7,3 ± 0,1	7,20

Cepas	Especificações Diâmetro do halo em mm	Resultado obtido Diâmetro do halo em mm
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Especificações	Resultados
Ceftriaxona 30 µg	29 a 35	31,7
Ciprofloxacino 5 µg	30 a 40	39,5
Gentamicina 10 µg	19 a 26	25,6
Imipenem 10 µg	26 a 32	31,4
Amox + Ac. Clavulânico 30 µg	21 a 27	21,8
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Especificações Diâmetro do halo em mm	Resultados Diâmetro do halo em mm
Aztreonam 30 µg	23 a 29	24,6
Ceftazidima 30 µg	22 a 29	22,9
Ciprofloxacino 5 µg	25 a 33	30,5
Imipenem 10 µg	20 a 28	25,6
Gentamicina 10 µg	16 a 21	21,0
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Especificações Diâmetro do halo em mm	Resultados Diâmetro do halo em mm
Ceftriaxona 30 µg	22 a 28	25,4
Clindamicina 2 µg	24 a 30	26,4
Nitrofurantoina 300 µg	18 a 22	18,4
Oxacilina 1 µg	18 a 24	19,5
Tetraciclina 30 µg	24 a 30	26,3
Vancomicina 30 µg	17 a 21	18,9

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB019	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Mueller Hinton		
Pág:2/2			
Revisão: 03	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data:05/09/2016	Renata	Antônio	Daniela

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48h de incubação em estufa microbiológica	Houve ausência de crescimento após 48 h de incubação

Bibliografia
COSTA, F.G. Padronização dos Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos por disco-difusão: Norma Aprovada. Anvisa , Brasília, 8. ed., v. 23, n. 1, 2003.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i>

Data: 18/04/2019

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli