

|                                                                                   |                                                                                             |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                                                      |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB042                                                            | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo Tioglicolato com indicador |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                   |                                                                                             |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 02                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                                         | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 01/09/2016                                                           | Renata                                                                                      | Daniela              | Renata                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Caldo Tioglicolato com indicador                                                                                                                |
| Finalidade: Meio utilizado para o cultivo de microrganismos aeróbios, microaerófilos e anaeróbios. Usado para controle de esterilidade bacteriana de diversos materiais. |

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Data de fabricação: 02/05/2019 | Lote: 19050544                                   |
| Data de validade: 02/11/2019   | Apresentação: Tubo de vidro c/ rosca 13 x 100 mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 02/05/2019                   |
| Numero MS: 80002670074         | Armazenagem: 2° a 8°C                            |

| Análise Físico química |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Teste realizado        | Especificação  | Resultado     |
| Inspeção Visual        | Amarelo claro. | Amarelo claro |
| pH                     | 7,2 ± 0,2      | 7,20          |
| Volume                 | 3,0 mL         | 3,0 mL        |

| Análise de Desempenho                       |                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Cepas                                       | Resultado esperado          | Resultado             |
| <i>Streptococcus pyogenes</i><br>ATCC 19615 | Crescimento bom a excelente | Crescimento excelente |

| Análise da esterilidade |                                                                           |                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                             | Resultado                                    |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 24h de incubação. |

| Bibliografia                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág. 12. |

| Parecer                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b><i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i></b> |

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

**Data:** 03/05/2019

**Analista**



Joelma de Souza Oliveira

**Coordenador Técnico**



Antônio dos Santos Galli