

|                                                                                   |                                                                      |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                               |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB007                                                            | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Cled |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                   |                                                                      |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 01                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                  | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 22/12/2014                                                           | Renata                                                               | Mônica               | Renata                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Ágar Cled                                                                                  |
| Finalidade: Meio de cultura usado para isolamento e quantificação de microrganismos presentes em amostras de urina. |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 10/07/2019 | Lote: 19070870                       |
| Data de validade: 10/11/2019   | Apresentação: Placa de petri 90x15mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 10/07/2019       |
| Número MS: 80002670075         | Armazenagem: 2° a 8°C.               |

| Análise Físico química |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teste realizado        | Especificação         | Resultado             |
| Inspeção visual        | Cor verde e homogêneo | Cor verde e homogêneo |
| pH a 25 C              | 7,3 ± 0,2             | 7,25                  |
| Volume                 | 23 mL                 | 23 mL                 |

| Análise de Desempenho                      |                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cepas                                      | Resultado esperado                                             | Resultado                                                     |
| <i>Staphylococcus aureus</i><br>ATCC 25923 | Crescimento de colônias amarelas                               | Houve crescimento de colônias amarelas                        |
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC 25922      | Crescimento de colônias amarelas<br>Lactose positiva           | Houve crescimento de colônias amarelas. Lactose positiva      |
| <i>Proteus vulgaris</i><br>ATCC 8427       | Crescimento de colônias azuis translúcidas<br>Lactose Negativa | Crescimento de colônias azuis translúcidas. Lactose Negativa. |

| Análise da esterilidade |                                                                            |                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                              | Resultado                                              |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 48h de incubação em estufa. |

| Bibliografia                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV. |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |

Data: 12/07/2019

Analista

Coordenador Técnico



Joelma de Souza Oliveira



Antônio dos Santos Galli