

		CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: CAMB022	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sabouraud		
Pág: 1/2			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 08/08/2019	Renata	Joelma	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Sabouraud
Finalidade: Meio com nutrientes que favorece o crescimento de diversos fungos leveduriformes e filamentosos.

Data de fabricação: 05/08/2019	Lote: 19080986
Data de validade: 05/02/2020	Apresentação: Tubo de vidro 16x150mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 05/08/2019
Numero MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química

Teste realizado	Especificações	Resultado
Inspeção visual	Amarelo claro	Amarelo claro
pH	5,6 ± 0,2	5,80
Volume envasado	8 mL	8 mL

Análise de Desempenho

Cepas	Cepas	Resultado
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Crescimento bom a excelente	Crescimento excelente
<i>Aspergillus Níger</i> ATCC 16404	Crescimento bom a excelente	Crescimento excelente

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 72h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 72h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

Procedimentos básicos em microbiologia clínica 3ªed. Pág. 411

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

Data: 08/08/2019

Código: CAMB022**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sabouraud**Pág:** 2/2**Revisão:** 02**Emitido por:****Revisado por:****Conferido por:****Data:** 08/08/2019


Renata

Joelma

Antônio

Analista**Analista****Coordenador Técnico**

Joelma de Souza Oliveira



Renata Alves dos Santos



Antônio dos Santos Galli