

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB040	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico Cândida		
Pág: 1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 08/2019	Renata	Antônio	Ana Paula

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Cromogênico Cândida
Finalidade: Meio seletivo e diferencial utilizado para identificação presuntiva de cepas de Candida.

Data de fabricação: 08/08/2019	Lote: 19081008
Data de validade: 08/11/2019	Apresentação: Placa de petri lisa 60 x 15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 08/08/2019
Numero MS: 80002670075	Armazenagem: 2º a 8º C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Coloração bege Clara	Bege Claro
pH a 25°C	5,9 ± 0,2	6,10
Volume	10 mL	10 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Candida albicans</i> ATCC 60193	Crescimento bom a excelente; colônias verde-claro a verde médio.	Crescimento excelente; colônias verde-claro a verde médio.
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 1369	Crescimento bom a excelente; colônias azuis acinzentadas a azuis esverdeadas ou azuis metalizadas com ou sem halos violetas no meio circundante.	Crescimento excelente; colônias azuis acinzentadas a azuis esverdeadas.

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica.	Não Houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica.

Bibliografia
Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.


Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 12/08/2019

Analista


Joelma de Souza Oliveira

Analista


Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico


Antônio dos Santos Galli