

|                                                                                   |                                                                                |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                                         |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB037                                                            | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo BHI 6,5% NaCl |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                   |                                                                                |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 01                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                            | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 22/12/2014                                                           | Renata                                                                         | Mônica               | Renata                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Caldo BHI 6,5% NaCl                                        |
| Finalidade: Usado para diferenciação e identificação de enterococos e estreptococos |

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Data de fabricação: 22/08/2019 | Lote: 19081080                                 |
| Data de validade: 22/02/2020   | Apresentação: Tubo de vidro com rosca 13x100mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 22/08/2019                 |
| Numero MS: 80002670075         | Armazenagem: 2º a 8ºC                          |

| Análise Físico química |                         |                             |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Teste realizado        | Especificação           | Resultado                   |
| Inspeção Visual        | Amarelo claro, límpido. | Meio Amarelo Claro, Límpido |
| pH                     | 7,4 ± 0,2               | 7,35                        |
| Volume                 | 3 mL                    | 3 mL                        |

| Análise de Desempenho                      |                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cepas                                      | Resultado esperado                                 | Resultado                                          |
| <i>Enterococcus faecalis</i><br>ATCC 29212 | Crescimento do microrganismo, turvação do meio.    | Crescimento do microrganismo, turvação do meio.    |
| <i>Streptococcus bovis</i><br>ATCC 9809    | Sem crescimento do microrganismo, meio inalterado. | Sem crescimento do microrganismo, meio inalterado. |


| Análise da esterilidade |                                                                           |                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                             | Resultado                                                                              |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento de microrganismos após 24h de incubação em estufa microbiológica |

| Bibliografia                                              |
|-----------------------------------------------------------|
| Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição |


| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |

Data: 26/08/2019

Analista

  
Joelma de Souza Oliveira

Analista

  
Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico

  
Antônio dos Santos Galli