

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB001	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Bile esculina		
Pág:1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 27/08/2019	Renata	Sirdilene	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise Ágar Bile Esculina
Indicação: Meio de cultura indicado para diferenciação de enterococos e estreptococos grupo D.

Data de fabricação: 01/10/2019	Lote: 19101238
Data de validade: 01/04/2020	Embalagem: Tubo de vidro 13x100mm
Quantidade amostrada:10	Data da amostragem: 02/10/2019
Registro MS:80002670075	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise físico-química		
	Resultado esperado	Resultado
Inspeção Visual	Palha	Palha
pH	7,1 ±0,1	7,03
Volume	3 mL	3 mL

Análise de Performance		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC19615	Meio inalterado	Meio inalterado
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Enegrecimento do meio	Enegrecimento do meio

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV.


Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 03/10/2019

Analista


Joelma de Souza Oliveira

Analista


Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico


Antônio dos Santos Galli