

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB074	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico Urocultura Dualmedium		
Pág: 1/1			
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 10/06/2019	Antônio		Ana Paula

Controle de Qualidade

Finalidade: Meio Cromogênico utilizado no isolamento e diferenciação de patógenos em amostras do trato urinário

Data de fabricação: 10/07/2020	Lote: 20070705
Data de validade: 10/10/2020	Apresentação: Placa de Petri 90x15mm Dualmedium
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 10/07/2020
Numero MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Cor opaca, homogênea.	Cor opaca, homogênea
pH a 25 C	7,2 ± 0,2	7,26
Volume	23 mL	23 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento, colônias Rosa	Bom crescimento, colônias Rosa
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Bom crescimento, colônias Azul escuro	Bom crescimento, colônias Azul escuro
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Bom crescimento, colônias Azul escuro	Bom crescimento, colônias Azul escuro
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 13315	Bom crescimento, colônias Marrom claro	Bom crescimento, colônias Marrom claro
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bom crescimento, colônias (Pigmentação natural) Creme Branco	Bom crescimento, colônias (Pigmentação natural) Creme Branco
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	Bom crescimento, colônias Azul claro	Bom crescimento, colônias Azul claro
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Bom crescimento, colônias Âmbar	Bom crescimento, colônias Âmbar
<i>Salmonella typhi</i> ATCC 6539	Bom crescimento, colônias Âmbar	Bom crescimento, colônias Âmbar
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Bom crescimento, colônias Âmbar	Bom crescimento, colônias Âmbar

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia	
Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.	

Parecer	
A amostra analisada atende às especificações descritas	

Data: 13/07/2020.

Analista


Joelma de Souza Oliveira

Analista


Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico


Antônio dos Santos Galli