

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB039	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo Selenito		
Pág: 1/1			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Caldo Selenito.
Finalidade: Utilizado para o enriquecimento e isolamento de <i>Salmonella</i> spp. e <i>Shigella</i> spp. em amostras de fezes, urina e alimentos

Data de fabricação: 03/09/2020	Lote: 20091013
Data de validade: 03/03/2021	Apresentação: Tubo vidro rosca 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 03/09/2020
Numero MS: 80002670074	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Líquido Transparente	Líquido transparente
pH	7,0 ±0,1	7,10
Volume	3mL	3 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC14028	Crescimento	Crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inibição parcial a total	Inibição total

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24h de incubação em estufa.

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV. pag. 9.


Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 04/09/2020.

Analista


 Joelma de Souza Oliveira

Analista


 Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico


 Antônio dos Santos Galli