RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAPA002	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Ácido Acético 2%		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 10/02/2015	Gleicy	Mônica	Renata

Controle de Qualidade
Certificado de análise do Ácido Acético 2%

Data de Fabricação: 18/08/2020	Lote: 20080903
Data de validade: 18/08/2022	Embalagem: Frasco Pet âmbar 1000 mL
Quantidade amostrada: 100 mL	Data da amostragem: 18/08/2020
Numero MS: ISENTO	Cód.: 698

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Solução incolor com odor característico	Solução incolor com odor característico
Densidade	0,990 a 1,010 g/cm^3	**1,002 g/cm^3**
pH	1,0 a 3,0	**2,67**

Bibliografia
POPCQ074 e Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 18/08/2020

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma de Souza Oliveira	**Renata Alves dos Santos**	**Antônio dos Santos Galli**