 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO		CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB024	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar <i>Salmonella</i> - <i>Shigella</i>			
Pág: 1/1				
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:	
Data: 02/09/2016	Renata	Daniela	Renata	

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar <i>Salmonella</i> - <i>Shigella</i>	
Finalidade: Usado como meio seletivo e diferencial para o isolamento de <i>Salmonella</i> - <i>Shigella</i> . Permite diferenciar bactérias lactose positivas e negativas, além de detectar a produção de H ₂ S. Possui componentes (sais de bile, verde brilhante e citrato de sódio) que inibem microrganismos Gram positivos.	

Data de fabricação: 29/10/2020	Lote: 20101365
Data de validade: 29/01/2021	Apresentação: Placa de Petri Lisa 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 29/10/2020
Numero MS: 80002670074	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificações	Resultado
Inspeção visual	Vermelho a alaranjado	Alaranjado
pH a 25°C	7,0 ± 0,2	7,06
Volume	23 mL	23 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Cepas	Resultado
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC14028	Colônias incolores com centro preto.	Colônias incolores com centro preto
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colônias incolores	Colônias Incolores
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento inibido	Crescimento Inibido

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24h de incubação.

Bibliografia	
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV- pag 8.	

Parecer	
A amostra analisada atende às especificações descritas	


Data: 30/10/2020.

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Analista



Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli