

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB001	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Bile esculina		
Pág: 1/1			
Revisão: 03	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 06/12/2019	Renata	Sirdilene	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise Ágar Bile Esculina	
Indicação: Meio de cultura indicado para diferenciação de enterococos e estreptococos grupo D.	

Data de fabricação: 29/01/2020	Lote: 20010134
Data de validade: 29/07/2020	Embalagem: Tubo de vidro 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 29/01/2020
Registro MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise físico-química		
	Resultado esperado	Resultado
Inspeção Visual	Palha	Palha
pH	6,4 ±0,2	6,94
Volume	3 mL	3 mL

Análise de Performance		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Meio inalterado	Meio inalterado
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Enegrecimento do meio	Enegrecimento do meio

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia	
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV.	

Parecer	
A amostra analisada atende às especificações descritas	

Data: 30/01/2020.

Analista


Joelma de Souza Oliveira

Analista


Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico


Antônio dos Santos Galli