| RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO | **CERTIFICADO DE ANÁLISE** | | |
|---|---|---|---|
| **Código:** CAMB077 | **Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sangue Dualmedium | | |
| **Pág:**1/1 | | | |
| **Revisão:** 00 | **Emitido por:** | **Revisado por:** | **Conferido por**: |
| **Data:** 20/01/2020 | Antônio | | Ana Paula |

**Controle de Qualidade**

| Certificado de análise – Agar Sangue com base Ágar TSA Dualmedium |
|---|
| Finalidade: Meio que oferece ótimas condições de crescimento a maioria de microrganismos, a conservação dos eritrócitos íntegros favorece a formação de halo de hemólises nítidos, úteis para diferenciação de *Streptococcus spp*. e *Staphylococcus spp.* |

| | |
|---|---|
| Data de fabricação: 23/11/2020 | Lote: 20111492 |
| Data de validade: 23/03/2021 | Apresentação: Placa de Petri Dualmedium 90x15 mm |
| Quantidade amostrada: 10 | Data da amostragem: 23/11/2020 |
| Número MS: 80002670074 | Armazenagem: 2º a 8ºC |

| **Análise Físico química** | | |
|---|---|---|
| **Teste realizado** | **Especificações** | **Resultado** |
| Inspeção visual | Vermelho | Vermelho |
| pH a 25ºC | 7,3 ± 0,2 | 7,45 |
| Volume | 23 ml | 23 ml |

| **Analise de Desempenho** | | |
|---|---|---|
| **Cepas** | **Cepas** | **Resultado** |
| *Streptococcus pyogenes ATCC 19615* | Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total) | Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total) |
| *Streptococcus pneumoniae ATCC6305* | Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial) | Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial) |
| *Enterococcus faecalis ATCC 29212* | Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias. | Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias. |

| **Análise da esterilidade** | | |
|---|---|---|
| **Ensaio** | **Especificação** | **Resultado** |
| Esterilidade | Não deve haver crescimento após 48h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 48h de incubação em estufa. |

| **Bibliografia** |
|---|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV- pág.14 |

| **Parecer** |
|---|
| ***A amostra analisada atende às especificações descritas*** |

**Data: 25/11/2020**

| **Analista** | **Analista** | **Coordenador Técnico** |
|---|---|---|
| **Joelma de Souza Oliveira** | **Renata Alves dos Santos** | **Antônio dos Santos Galli** |