RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**Certificado de Análise**		
Código: CAMB053	**Título:** Certificado de Análise do Produto Renyhemocult BHI		
Pág: 1/1			
Revisão: 01	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 09/09/2019	Monica	Antônio	Ana Paula

Controle de Qualidade

Certificado de análise do Renyhemocult BHI Adulto

Data de Fabricação: 24/11/2020	Lote: 20111496
Data de validade: 24/11/2022	Embalagem: Frasco Penicilina vidro 45mL
Quantidade amostrada: 10 frascos	Data da amostragem: 24/11/2020
Número MS: 80002670059	Cód.: 611/3194

Análise Físico-Química		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Descrição	Líquido levemente amarelado com odor característico.	**Líquido levemente amarelado com odor característico.**
Densidade	0,950 a 1,050g/cm$^{3.}$	**1,015 g/cm^3**
pH	7,00 a 7,50	**7,16**

Analise de Desempenho		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Streptococcus pneumoniae ATCC: 6305	Crescimento do microrganismo com turvação do meio.	**Crescimento do microrganismo com turvação do meio.**
Haemophilus influenzae ATCC: 10211	Crescimento do microrganismo com turvação do meio.	**Crescimento do microrganismo com turvação do meio.**
Staphylococcus aureus ATCC: 25923	Crescimento do microrganismo com turvação do meio.	**Crescimento do microrganismo com turvação do meio.**
Escherichia coli ATCC: 25922	Crescimento do microrganismo com turvação do meio.	**Crescimento do microrganismo com turvação do meio.**
Klebsiella pneumoniae ATCC: 13883	Crescimento do microrganismo com turvação do meio.	**Crescimento do microrganismo com turvação do meio.**

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento/turvação no meio após 48h de incubação em estufa microbiológica.	**Não houve crescimento/turvação no meio após 48h de incubação em estufa microbiológica.**

Bibliografia

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - CLSI M22-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004. Descrição dos Meios de Cultura Empregados nos Exames Microbiológicos- Mód IV – pág 15.

Parecer

***A amostra analisada atende às especificações acima descritas*.**

Data: 26/11/2020

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma de Souza Oliveira	**Renata Alves dos Santos**	**Antônio dos Santos Galli**