RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB030	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado: Agar Trial MacConkey/Sangue /Chocolate		
Pág: 1/2			
Revisão: 01	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 10/10/2014	Renata	**Mônica**	Renata

Controle da Qualidade

Certificado de análise – Agar Trial MacConkey/Sangue /Chocolate

Data de fabricação: 25/11/2020	Lote: 20111511
Data de validade: 25/03/2021	Apresentação: Placa de Petri Trial 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 27/11/2020
Numero MS: 80002670074	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico Química Agar Chocolate		
Teste realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção visual	Meio de cor marrom e homogêneo	Meio de cor marrom e homogêneo
pH a 25º C	7,3 ± 0,2	7,50
Volume	8 mL	8 mL

Análise Físico química Agar Sangue		
Teste realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção visual	Vermelho	Vermelho
pH a 25ºC	7,3 ± 0,2	7,49
Volume	8 mL	8 mL

Análise Físico química Agar MacConkey		
Teste realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção visual	Rosa escuro a roxo	Rosa escuro a roxo
pH a 25 C	7,1 ± 0,2	7,05
Volume	8 mL	8 mL

Analise de Desempenho		
Agar MacConkey		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Proteus mirabilis ATCC 12453	Crescimento de colônias incolores	Crescimento de colônias incolores
Escherichia coli ATCC 25922	Crescimento de colônias cor-de-rosa	Crescimento de colônias cor-de-rosa
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Inibição do crescimento	Inibição do crescimento
Analise de Desempenho		
Ágar Sangue		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Streptococcus pyogenes ATCC 19615	Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total)	Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total)
Streptococcus pneumoniae ATCC6305	Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial)	Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias.	Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias
Analise de Desempenho		
Ágar Chocolate		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Haemophilus influenzae ATCC 10211	Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro. Crescimento bom a excelente	Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro. Crescimento bom a excelente

RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB030	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado: Agar Trial MacConkey/Sangue /Chocolate		
Pág: 2/2			
Revisão: 01	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 10/10/2014	Renata	**Mônica**	Renata

Análise da Esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 01/12/2020.

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma de Souza Oliveira	**Renata Alves dos Santos**	**Antônio dos Santos Galli**