RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB022	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sabouraud		
Pág: 1/1			
Revisão: 03	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 04/01/2021	Renata	Antônio	Renata Alves

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Sabouraud
Finalidade: Meio com nutrientes que favorece o crescimento de diversos fungos leveduriformes e filamentosos.

Data de fabricação: 19/01/2021	Lote: 21010086
Data de validade: 19/07/2021	Apresentação: Tubo de vidro 16x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 19/01/2021
Número MS: 80002670075	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química		
Teste realizado	**Especificações**	**Resultado**
Inspeção visual	Amarelo claro	Amarelo claro
pH	5,6 ± 0,2	5,80
Volume envasado	5 mL	5 mL

Analise de Desempenho		
Cepas	**Cepas**	**Resultado**
Candida albicans ATCC 10231	Crescimento bom a excelente	Crescimento excelente
Aspergillus Níger ATCC 16404	Crescimento bom a excelente	Crescimento excelente

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 72h de incubação	Não houve crescimento após 72h de incubação

Bibliografia
Procedimentos básicos em microbiologia clínica 3ºed. Pág. 411

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 22/01/2021.

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma	Renata Alves	
Joelma de Souza Oliveira	**Renata Alves dos Santos**	**Antônio dos Santos Galli**