RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB087	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico MRSA		
Pág.: 1/1			
Revisão: 00	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 08/03/2021	Antônio		Joelma

Controle de Qualidade

Finalidade: O Ágar Cromogênico MRSA é um meio Cromogênico seletivo e diferencial usado para fins qualitativos e presuntivos de detecção e isolamento de S. aureus resistentes à meticilina / oxacilina.

Data de fabricação: 18/03/2021	Lote: 21030361
Data de validade: 18/06/2021	Apresentação: Placa de Petri 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 18/03/2021
Número MS:80002670075	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química		
Teste realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção visual	Cor opaca, homogênea.	Cor opaca, homogênea
pH a 25ºC	7,2 ± 0,2	7,11
Volume	23mL	23mL

Tabela de Identificação	
Microrganismo	**Cor típica da colônia**
S. aureus Resistente à meticilina / oxacilina	*Malva a laranja-malva*
Outras bactérias Gram-positivas (se não inibidas)	*Branco ou azul*

Analise de Desempenho		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC® 43300	Crescimento com colônias arroxeadas	Crescimento com colônias arroxeadas
Staphylococcus aureus (MSSA) ATCC® 25923	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido
Escherichia coli ATCC® 25922	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido
Proteus mirabilis ATCC® 25933	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 22/03/2021

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma	Renata Alves	
Joelma de Souza Oliveira	**Renata Alves dos Santos**	**Antônio dos Santos Galli**