

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB070	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromôgenico Strepto B		
Pág.: 1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 27/05/2021	Antônio	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Cromôgenico Strepto B
Finalidade: Meio Cromogênico utilizado para isolamento e diferenciação de <i>Streptococcus</i> do Grupo B

Data de fabricação: 22/11/2021	Lote: 21111532
Data de validade: 22/02/2022	Apresentação: Placa de Petri 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 22/11/2021
Número MS: 80002670075	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Meio avermelhado.	Meio avermelhado
pH a 25 C	7,3 ± 0,2	7,35
Volume	23 mL	23 mL

Tabela de Identificação	
Microrganismo	Cor típica da colônia
<i>Streptococcus agalactiae</i>	Colônias violáceas
<i>Enterococcus faecalis</i>	Colônias Verde Azuladas
<i>Enterococcus faecium</i>	Colônias verde com fundo amarelado

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 13813	Colônias violáceas	Colônias violáceas
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colônias Verde Azuladas	Colônias Verde Azuladas
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Colônias verde com fundo amarelado	Colônias verde com fundo amarelado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido


Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações acima descritas

Data: 24/11/2021


Analista


Joelma Oliveira

Analista


Ramon Lopes

Coordenador Técnico


Antônio Galli