

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB098	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar PCA		
Pág: 1/1			
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 16/12/2021	Ramon		Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar PCA
Finalidade: Meio destinado á contagem de microrganismos, ou manutenção de culturas de bactérias.

Data de fabricação: 30/11/2021	Lote: 21111586
Data de validade: 30/03/2022	Apresentação: Placa de Petri 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 30/11/2021
Numero MS:80002670074	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificações	Resultado
Inspeção visual	Forma-se um gel amarelo palha em placas de Petri.	Forma-se um gel amarelo palha em placas de Petri
pH a 25ºC	7,0 ± 0,2	7,15
Volume	23,0 mL	23,0 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
Escherichia coli ATCC 25922	Recuperação ≥ 70%	Recuperação ≥ 70%
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Recuperação ≥ 70%	Recuperação ≥ 70%
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883	Recuperação ≥ 70%	Recuperação ≥ 70%
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Recuperação ≥ 70%	Recuperação ≥ 70%
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Recuperação ≥ 70%	Recuperação ≥ 70%


Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 72 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas


Data: 02/12/2021.

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli