 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB068	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo Sabouraud Dextrose		
Pág: 1/1			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 01/06/2020	Antônio	Antônio	Sirdilene

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Caldo Sabouraud Dextrose
Finalidade: meio líquido para cultivo de leveduras

Data de fabricação: 10/02/2022	Lote: 22020233
Data de validade: 10/08/2022	Apresentação: Tubo Criogênico cap. 10mL, Graduado Rosca Ext PP
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 10/02/2022
Numero MS: 80002670074	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Amarelo claro	Amarelo claro
pH	5,6 ± 0,2	5,60

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Candida Albicans</i> ATCC 10231	Crescimento bom a excelente	Crescimento excelente com turvação do meio.

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento visível ou turvação do meio após 24hs de incubação em estufa microbiológica a 35 ± 1°C.

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV


Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i>

Data: 14/02/2022

Analista


Joelma Oliveira

Analista


Ramon Lopes

Coordenador Técnico


Antônio Galli