

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB079	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo TSB + NAD		
Pág: 1/1			
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 12/10/2021	Antônio		Joelma

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Caldo TSB + NAD	
Finalidade: Meio de propósito geral utilizado para cultivo de uma grande variedade de microrganismos e testes de esterilidade.	

Data de fabricação: 09/03/2022	Lote: 22030386
Data de validade: 09/09/2022	Apresentação: tubo criogênico 10ml, em PP
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 09/03/2021
Número MS: 80002670074	Armazenagem: 2 a 8° C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Cor amarelo claro, límpido.	Amarelo claro e límpido
pH a 25 C	7,30 ± 0,2	7,32

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 10211	Turvação do meio. Crescimento Bom	Turvação do meio. Crescimento Bom


Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - CLSI M22-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004. Descrição dos Meios de Cultura Empregados nos Exames Microbiológicos- Mód IV.


Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 16/03/2021


Analista


Joelma Oliveira

Analista


Ramon Lopes

Coordenador Técnico


Antônio Galli