

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB101	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Fenilalanina		
Pág: 1/1			
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 07/04/2022	Antônio		Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Ágar Fenilalanina	
Meio de cultura utilizado para diferenciação de bacilos entéricos quanto a capacidade de produzir ácido fenilpirúvico a partir da fenilalanina por ação enzimática, principalmente na diferenciação de espécies do gênero <i>Proteus</i> spp. e <i>Providencia</i> spp.	

Data de fabricação: 07/04/2022	Lote: 22040581
Data de validade: 07/10/2022	Embalagem: Tubo de vidro 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 07/04/2022
Registro MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise físico-química		
	Resultado esperado	Resultado
Inspeção Visual	Meio âmbar claro, levemente opalescente e sem precipitado.	Meio âmbar claro, levemente opalescente e sem precipitado.
pH	7,3 ±0,2	7,19

Análise de Performance		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Reação Negativa (Inalterado após a adição da solução de cloreto férrico)	Meio Inalterado após a adição da solução de cloreto férrico
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Reação Positiva (Surgimento de coloração verde após a adição da solução de cloreto férrico)	Surgimento de coloração verde após a adição da solução de cloreto férrico

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV.


Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 11/04/2022

Analista


Joelma Oliveira

Analista


Ramon Lopes

Coordenador Técnico


Antônio Galli