

|                                                                                                                         |                                                                                             |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  <b>RENYLAB</b><br>DIAGNÓSTICOS IN VITRO | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>                                                               |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB042                                                                                                  | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo Tioglicolato com indicador |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                                                         |                                                                                             |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 03                                                                                                      | <b>Emitido por:</b>                                                                         | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 04/01/2021                                                                                                 | Renata                                                                                      | Antônio              | Joelma                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Caldo Tioglicolato com indicador                                                                                                                |
| Finalidade: Meio utilizado para o cultivo de microrganismos aeróbios, microaerófilos e anaeróbios. Usado para controle de esterilidade bacteriana de diversos materiais. |

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Data de fabricação: 13/04/2022 | Lote: 22040627                                   |
| Data de validade: 13/10/2022   | Apresentação: Tubo de vidro c/ rosca 13 x 100 mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 13/04/2022                   |
| Número MS: 80002670074         | Armazenagem: 2° a 8°C                            |

| Análise Físico química |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Teste realizado        | Especificação  | Resultado     |
| Inspeção Visual        | Amarelo claro. | Amarelo claro |
| pH                     | 7,2 ± 0,2      | 7,16          |

| Análise de Desempenho                       |                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Cepas                                       | Resultado esperado          | Resultado             |
| <i>Streptococcus pyogenes</i><br>ATCC 19615 | Crescimento bom a excelente | Crescimento excelente |


| Análise da esterilidade |                                                                           |                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                             | Resultado                                                             |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica. |

| Bibliografia                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág. 12. |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |


Data: 18/04/2022.

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli