

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB024	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Salmonella - Shigella		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 04/01/2021	Renata	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar <i>Salmonella</i> - <i>Shigella</i>	
Finalidade: Usado como meio seletivo e diferencial para o isolamento de <i>Salmonella</i> - <i>Shigella</i> . Permite diferenciar bactérias lactose positivas e negativas, além de detectar a produção de H ₂ S. Possui componentes (saís de bile, verde brilhante e citrato de sódio) que inibem microrganismos Gram positivos.	

Data de fabricação: 05/08/2022	Lote: 22081378
Data de validade: 05/11/2022	Apresentação: Placa de Petri Lisa 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 08/08/2022
Número MS: 80002670074	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificações	Resultado
Inspeção visual	Vermelho a alaranjado	Alaranjado
pH a 25°C	7,0 ± 0,2	7,15

Análise de Desempenho		
Cepas	Cepas	Resultado
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC14028	Colônias incolores com centro preto.	Colônias incolores com centro preto
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colônias incolores	Colônias Incolores
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento inibido	Crescimento Inibido

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24h de incubação.

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV- página 8.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas


Data: 09/08/2022.

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli