

 REN Y L A B DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB018	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Meio Sim		
Pág: 1/1			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 10/10/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Meio Sim
Finalidade: Meio para determinar a motilidade bacteriana.

Data de fabricação: 26/08/2022	Lote: 22081524
Data de validade: 26/02/2023	Apresentação: Tubo de vidro 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 29/08/2022
Numero MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8° C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Amarelo claro	Amarelo claro
pH a 25°C	7,3 ± 0,2	7,43

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Motilidade (+) H ₂ S (-) Indol (+)	Motilidade (+) H ₂ S (-) Indol (+)
<i>Shigella sonnei</i> ATCC25931	Motilidade (-) H ₂ S (-) Indol (-)	Motilidade (-) H ₂ S (-) Indol (-)
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC13315	Motilidade (+) H ₂ S (+) Indol (-)	Motilidade (+) H ₂ S (+) Indol (-)

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV- pág 53.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas


Data: 30/08/2022.

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli