

Código: CAMB080**Pág:** 1/1**Revisão:** 00**Data:** 25/05/2020**Título:** Certificado de análise de produto acabado – Meio A3 Modificado**Emitido por:**

Antônio

Revisado por:**Conferido por:**

Renata Alves

**Controle de Qualidade
Meio A3 Modificado**

Data de fabricação: 14/12/2023	Lote: 22122173
Data de validade: 14/12/2023	Apresentação: Tubo Criogênico capacidade 5mL
Quantidade amostrada: 12	Data da amostragem: 15/12/2022
Número MS: 80002670074	Armazenagem: 2 a 30°C.

Análise Físico química

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Meio laranja claro homogêneo	Meio laranja claro homogêneo
pH a 25 C	6,4 ± 0,2	6,21

Análise de Desempenho

Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas	Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas	Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas	Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas	Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas
<i>Aspergillus niger</i> ATCC16404	Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas	Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 72 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 72h de incubação em estufa microbiológica

Referências


Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer**A amostra analisada atende às especificações descritas.**

Data: 19/12/2022.

Analista

Joelma Oliveira

Analista

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

Antonio Galli