

Código: CAMB039	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo Selenito		
Pág: 1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 04/01/2021	Renata	Ramon	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Caldo Selenito.

Finalidade: Utilizado para o enriquecimento e isolamento de *Salmonella* spp. e *Shigella* spp. em amostras de fezes, urina e alimentos

Data de fabricação: 31/01/2023	Lote: 23010182
Data de validade: 31/07/2023	Apresentação: Tubo vidro rosca 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 01/02/2023
Número MS: 80002670074	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Líquido Transparente	Líquido transparente
pH	7,0 ±0,1	7,00

Análise de Desempenho

Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC14028	Crescimento	Crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inibição parcial a total	Inibição total

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24h de incubação em estufa.

Bibliografia


Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág. 9.

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas


Data: 02/02/2023.

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli