

Código: CAMB019	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Mueller Hinton		
Pág: 1/2			
Revisão: 05	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 04/01/2021	Renata	Antônio	Renata Alves

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Mueller Hinton

Finalidade: Meio utilizado para realização do teste de avaliação da resistência aos antimicrobianos pelo método da difusão dos discos para bactérias de crescimento rápido. Contém baixos níveis de timina, timidina, Ca⁺⁺ 50 a 100mg/L e Mg⁺⁺ 25 a 35mg/L, dentro dos limites sugeridos pelo NCCLS, assim evitando falsos resultados de sensibilidade ou resistência.

Data de fabricação: 22/06/2023	Lote: 23061209
Data de validade: 22/09/2023	Apresentação: Placa de Petri 140x15mm
Quantidade amostrada: 12	Data da amostragem: 22/06/2023
Número MS:80002670074	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise físico química

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Amarela palha	Amarela palha
Espessura	3,7 a 4,3 mm	4,0mm
pH	7,3 ± 0,1	7,32

Análise de Desempenho

Microrganismo	Temperatura / Tempo de Incubação / Atmosfera			
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	35 ± 1°C / 16 – 20 Horas / Aeróbia			
Antibiótico	Concentração	Classe	Especificação	Resultado
Amoxicilina + Clavulanato	20-10 mcg	Penicilina + Inibidor β-lactamase	18-24 mm	20,6
Ampicilina	10 mcg	Penicilina	15-22 mm	17,7
Cefoxitina	30 mcg	Cefalosporinas (2º geração)	23-29 mm	25,8
Ceftazidima	10 mcg	Cefalosporinas (3º geração)	23-29 mm	27,2
Ciprofloxacino	5 mcg	Quinolona	29-37 mm	31,4
Cloranfenicol	30 mcg	Anfenicóis	21-27 mm	24,2
Gentamicina	10 mcg	Aminoglicosídeo	19-26 mm	21,7
Imipenem	10 mcg	Carbapenênicos	26-32 mm	31,0
Sulfametoxazol + Trimetopim	23,75+1,25 mcg	Sulfonamidas	23-29 mm	27,6

Microrganismo	Temperatura / Tempo de Incubação / Atmosfera			
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213	35 ± 1°C / 16 – 20 Horas / Aeróbia			
Antibiótico	Concentração	Classe	Especificação	Resultado
Ampicilina	2 mcg	Penicilina	15-21 mm	17,5
Cloranfenicol	30 mcg	Anfenicóis	20-28 mm	23,2
Ciprofloxacino	5 mcg	Quinolona	21-27 mm	25,0
Clindamicina	2 mcg	Lincosaminas	23-29 mm	24,2
Eritromicina	15mcg	Macrolídeos	23-29 mm	25,3
Gentamicina	10 mcg	Aminoglicosídeo	19-25 mm	19,9
Linezolid	10 mcg	Oxazolidinona	21-27 mm	26,1
Penicilina	1 U	Penicilina	12-18 mm	13,7
Tetraciclina	30 mcg	Tetraciclinas	23-31 mm	26,2

Microrganismo	Temperatura / Tempo de Incubação / Atmosfera			
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	35 ± 1°C / 16 – 20 Horas / Aeróbia			
Antibiótico	Concentração	Classe	Especificação	Resultado
Aztreonam	30 mcg	Monobactams	23-29 mm	24,2
Cefepima	30 mcg	Cefalosporinas (4º geração)	25-31 mm	27,0
Ceftazidima	10 mcg	Cefalosporinas (3º geração)	21-27 mm	23,1
Ciprofloxacino	5 mcg	Quinolona	25-33 mm	27,4
Gentamicina	10 mcg	Aminoglicosídeo	17-23 mm	18,0
Imipenem	10 mcg	Carbapenênicos	20-28 mm	23,2
Piperacilina + Tazobactam	30+6 mcg	Penicilina + Inibidor β-lactamase	23-29 mm	25,7

Código: CAMB019**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Mueller Hinton**Pág:** 2/2**Revisão:** 05**Emitido por:****Revisado por:****Conferido por:****Data:** 04/01/2021

Renata

Antônio

Renata Alves

Análise da esterilidade


Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48h de incubação em estufa microbiológica a $35 \pm 1^\circ\text{C}$.	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica a $35 \pm 1^\circ\text{C}$.

Bibliografia

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - CLSI M22-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004; BrCAST - Método de Disco-Difusão para Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos Versão 6.0; Comitê Europeu de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos Controle de Qualidade de Rotina e Controle de Qualidade Interno para Determinação da CIM e Disco-Difusão Conforme Recomendação do Br-CAST-EUCAST; Método de disco-difusão para teste de sensibilidade aos antimicrobianos do EUCAST Versão 4.0.

Parecer***A amostra analisada atende às especificações descritas*****Data:** 27/06/2023**Analista**

Joelma Oliveira

Analista

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

Antônio Galli