RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	**CERTIFICADO DE ANÁLISE**		
Código: CAMB091 **Pág:** 1/1	**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar DNAse + Azul de Toluidina		
Revisão: 01	**Emitido por:**	**Revisado por:**	**Conferido por**:
Data: 08/03/2021	Antônio		Ramon

CONTROLE DA QUALIDADE

Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar DNAse + Azul de Toluidina

Data de fabricação: 28/07/2023	Lote: 23071576
Data de validade: 28/11/2023	Apresentação: placa de petri 90x15 lisa
Quantidade amostrada: 12 placas	Data da amostragem: 28/07/2023
Número MS: 80002670075	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química		
Teste realizado	**Especificação**	**Resultado**
Inspeção visual	Meio Azul límpido isento de precipitados	Meio Azul límpido isento de precipitados
pH	7,3 ± 0,2	7,15

Analise de Desempenho		
Cepas	**Resultado esperado**	**Resultado**
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Positivo para DNAse, desenvolvimento de halo róseo ao redor da colônia	Positivo para DNAse, desenvolvimento de halo róseo ao redor da colônia
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	Negativo para DNAse, ausência de halo róseo ao redor da colônia	Negativo para DNAse, ausência de halo róseo ao redor da colônia
Serratia marcescens ATCC 13880	Positivo para DNAse, desenvolvimento de halo róseo ao redor da colônia	Positivo para DNAse, desenvolvimento de halo róseo ao redor da colônia
Klebsiella pneumoniae ATCC 33495	Negativo para DNAse, ausência de halo róseo ao redor da colônia	Negativo para DNAse, ausência de halo róseo ao redor da colônia

Análise da esterilidade		
Ensaio	**Especificação**	**Resultado**
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48h de incubação em estufa microbiológica	**Não houve crescimento após 24h de incubação.**

Bibliografia
Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 01/08/2023.

Analista	**Analista**	**Coordenador Técnico**
Joelma Oliveira	**Ramon Lopes**	**Antônio Galli**