

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Código: CAMB075 | Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico Urocultura Trialmedium | | |
| Pág.: 1/2 | | | |
| Revisão: 02 | Emitido por: | Revisado por: | Conferido por: |
| Data: 04/01/2021 | Antônio | Ramon | Antônio |

Controle de Qualidade

Finalidade: Meio Cromogênico utilizado no isolamento e diferenciação de patógenos em amostras do trato urinário

| | |
|--------------------------------|--|
| Data de fabricação: 11/12/2023 | Lote: 23122609 |
| Data de validade: 11/03/2024 | Apresentação: Placa de Petri 90x15mm Trialmedium |
| Quantidade amostrada: 14 | Data da amostragem: 11/12/2023 |
| Número MS:80002670075 | Armazenagem: 2º a 8ºC |

Análise Físico química

| Teste realizado | Especificação | Resultado |
|-----------------|---------------|---------------|
| Inspeção visual | Amarelo palha | Amarelo palha |
| pH a 25°C | 6,8 ± 0,2 | 6,70 |

Tabela de Identificação

| Microrganismo | Cor típica da colônia |
|---|--|
| <i>Escherichia coli</i> | Colônias róseas a magenta (Indol positivo) |
| Grupo KESC (<i>Klebsiella</i> - <i>Enterobacter</i> – <i>Serratia</i> - <i>Citrobacter</i>) | Colônias verdes a azul escuro, geralmente mucoides, com ou sem a presença de halos violáceos |
| Grupo PMP (<i>Proteus</i> – <i>Morganella</i> - <i>Providencia</i>) | Colônias âmbar envoltas por um halo âmbar a acastanhado, podendo se espalhar por todo o meio. Algumas cepas de <i>P. vulgaris</i> podem apresentar colônias de coloração verde azulada com halos âmbar |
| <i>Pseudomonas spp.</i> | Colônias creme a levemente esverdeado |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | Colônias de cor natural, branco a creme |
| <i>Enterococcus faecalis</i> | Colônias pequenas azul a azul esverdeado |
| <i>Staphylococcus saprophyticus</i> | Colônias pequenas opacas, rosa claro a avermelhadas (Indol negativo) |
| <i>Staphylococcus spp.</i> <i>Streptococcus spp.</i> <i>Candida spp.</i> Não fermentadores | Colônias Brancas ou incolores |

Análise de Desempenho

| Cepas | Resultado esperado | Resultado |
|---|---|---|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Colônias róseas a magenta (Indol positivo) | Colônias magenta, Indol positivo |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883 | Colônias verdes a azul escuro, geralmente mucoides, com ou sem a presença de halos violáceos | Colônias azul escuro |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453 | Colônias âmbar envoltas por um halo âmbar a acastanhado, podendo se espalhar por todo o meio. | Colônias âmbar com a presença de halo acastanhado |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | Colônias creme a levemente esverdeado | Colônias ligeiramente esverdeadas |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Colônias de cor natural, branco a creme | Colônias creme |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Colônias pequenas azul a azul esverdeado | Colônias azul-esverdeadas |
| <i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305 | Colônias pequenas opacas, rosa claro a avermelhadas (Indol negativo) | Colônias opacas rosa claro, Indol negativo |

Análise da esterilidade

| Ensaio | Especificação | Resultado |
|--------------|--|---|
| Esterilidade | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Código: CAMB075 | Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico Urocultura Trialmedium | | |
| Pág.: 2/2 | | | |
| Revisão: 02 | Emitido por: | Revisado por: | Conferido por: |
| Data: 04/01/2021 | Antônio | Ramon | Antônio |

Bibliografia


Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer*A amostra analisada atende às especificações descritas*


Data: 14/12/2023.

Analista

Joelma Oliveira

Analista

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

Antônio Galli