

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB045	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo Malonato		
Pág: 1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 04/01/2021	Renata	Antônio	Joelma

7 Controle de Qualidade

Certificado de análise – Caldo Malonato
Finalidade: Determina a habilidade do microrganismo de utilizar Malonato de sódio como única fonte de carbono, resultando em alcalinização do meio e diferenciar gêneros e espécies de enterobactérias e não fermentadores.

Data de fabricação: 11/04/2024	Lote: 24040576
Data de validade: 11/10/2024	Apresentação: Tubo de vidro com tampa 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 12/04/2024
Número MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Esverdeado	Esverdeado
pH	6,7 ± 0,2	6,81

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883.	Desenvolvimento da cor azul.	Desenvolvimento de cor azul.
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Meio permanece inalterado (verde).	Meio permaneceu inalterado.

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24h de incubação.

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág. 36.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i>


Data: 15/04/2024

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli