

Código: CAMB051

Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Meio Rugai Modificado

Pág.: 1/1

Revisão: 02

Emitido por:
Revisado por:
Conferido por:
Data: 04/01/2021

Renata

Antônio

Renata Alves

Certificado de Análise Meio Rugai Modificado

Controle de Qualidade

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 26/04/2024 | Lote: 24040683 |
| Data de validade: 26/08/2024 | Apresentação: Tubo de Vidro 12x120mm |
| Quantidade amostrada: 16 | Data da amostragem: 29/04/2024 |
| Número MS: 80002670075 | Armazenagem: 2º a 8ºC |

| Cepa | Fase Inferior | | Fase Superior | | | | Ápice | | Rolha |
|--|---------------|------------|---------------|---------|------------------|--------|----------|-----|-------|
| | Lisina | Motilidade | Gás | Glicose | H ₂ S | Uréase | Sacarose | LTD | Indol |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC: 25922 | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC: 13883 | + | - | ++ | + | - | - | - | - | - |
| <i>Citrobacter freundii</i> ATCC: 8090 | - | + | + | + | ± | - | + | - | - |
| <i>Morganella morganii</i> ATCC: 8019 | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC: 14028 | + | + | + | - | ++ | - | - | - | - |

*Algumas provas apresentam se positivas em meios específicos, porém no meio rugai não são visualizadas por sobreposição por outros testes.

| Análise da esterilidade | | |
|-------------------------|--|---|
| Ensaio | Especificação | Resultado |
| Esterilidade | Não há crescimento após 24 h de incubação. | Não houve crescimento após 24 h de incubação. |


| Bibliografia |
|--|
| Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição. |

| Parecer |
|--|
| A amostra analisada atende todas as especificações descritas. |


Data: 30/04/2024

Analista


Joelma Oliveira

Analista


Ramon Lopes

Coordenador Técnico


Antônio Galli