

Código: CAMB031

Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar TSA

Pág: 1/1

Revisão: 02

Emitido por:

Revisado por:

Conferido por:

Data: 04/01/2021

Renata

Ramon

Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar TSA (Agar Tryptic de Soja)

Finalidade: Meio de propósito geral utilizado para cultivo de uma grande variedade de microrganismos.

Data de fabricação: 04/07/2024	Lote: 24071103
Data de validade: 04/11/2024	Apresentação: Placa de Petri 90x15mm
Quantidade amostrada: 12	Data da amostragem: 05/07/2024
Numero MS:80002670074	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química

Teste realizado	Especificações	Resultado
Inspeção visual	Palha	Palha
pH a 25ºC	7,3 ± 0,2	7,26

Análise de Desempenho

Cepas	Cepas	Resultado
Escherichia coli ATCC 25922	Crescimento Bom	Crescimento Bom
Candida albicans ATCC 10231	Crescimento Abundante	Crescimento Abundante

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 72 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 72 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer***A amostra analisada atende às especificações descritas***

Data: 08/07/2024

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli