

Código: CAMB070

Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico Strepto B

Pág.: 1/1

Revisão: 03

Emitido por:

Revisado por:

Conferido por:

Data: 02/08/2021

Antônio

Antônio

Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Cromogênico Strepto B

 Finalidade: Meio Cromogênico utilizado para isolamento e diferenciação de *Streptococcus* do Grupo B

Data de fabricação: 04/07/2024

Lote: 24071111

Data de validade: 04/10/2024

Apresentação: Placa de Petri 90x15mm

Quantidade amostrada: 10

Data da amostragem: 05/07/2024

Número MS: 80002670075

Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspecção visual	Meio branco opalescente.	Meio branco opalescente.
pH a 25 C	7,3 ± 0,2	7,36

Análise de Desempenho

Microrganismo	Inoculo (UFC)	Crescimento	Recuperação	Cor das Colônias
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 13813	50-100	Abundante	≥ 50%	Azul
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 10 ⁴	Crescimento Inibido	0%	-
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≥ 10 ⁴	Crescimento Inibido	0%	-
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	≥ 10 ⁴	Crescimento Inibido	0%	-

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações acima descritas

Data: 08/07/2024

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli