

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA046	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Rápido 2		
Pág: 1/1			
Revisão: 07	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Rápido nº 2

Data de Fabricação: 04/02/2026	Lote: 26020182
Data de validade: 04/02/2029	Embalagem: Frasco pet e Bombona
Número MS: 80002670086	Data da amostragem: 04/02/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido avermelhado, inodoro.	Líquido avermelhado, inodoro.
Densidade	1,000 a 1,100 g/cm ³	1,014 g/cm ³
pH a 25°C	6,00 a 6,80	6,31

Análise de performance (conjunto 1, 2 e 3)		
Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas
	Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida	Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida
	Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	Hemácias: rosa claro e de forma arredondada

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 7ª ed. Brasília: ANVISA, 2024.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 04/02/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli