

Código: CAPA047	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Rápido 3		
Pág: 1/1			
Revisão: 07	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Rápido nº 3

Data de Fabricação: 05/02/2026	Lote: 26020189
Data de validade: 05/02/2029	Embalagem: Frasco pet e Bombona
Número MS: 80002670086	Data da amostragem: 05/02/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido azul escuro, inodoro.	Líquido azul escuro, inodoro.
Densidade	0,990 a 1,100 g/cm ³	0,998 g/cm ³
pH a 25°C	7,00 a 7,50	7,07

Análise de performance (conjunto 1, 2 e 3)

Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida Hemácias: rosa claro e de forma arredondada

BibliografiaMétodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.****Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 05/02/2026

Analista**Joelma Oliveira****Analista****Ramon Lopes****Coordenador Técnico****Antônio Galli**