

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA044	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Óleo de Imersão		
Pág.: 1/1			
Revisão: 05	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise Óleo de Imersão

Data de Fabricação: 10/02/2026	Lote: 26020219
Data de validade: 10/02/2028	Embalagem: Bombona e frasco conta gotas
Número MS: ISENT0	Data da amostragem: 10/02/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise físico-química		
Teste Realizado	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Líquido transparente-pardo.	Líquido transparente-pardo.
Densidade	0,980 – 1,020 g/cm ³	0,991 g/cm ³
Índice de refração	1,495 a 1,530	1,496

Teste de performance		
Visualização em lâminas	Nitidez	Visualização nítida dos componentes do esfregaço hematológico observado.

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 10/02/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli