

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA045	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Rápido 1		
Pág: 1/1			
Revisão: 07	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Rápido nº 1

Data de Fabricação: 04/03/2026	Lote: 26030322
Data de validade: 04/03/2029	Embalagem: Frasco pet cristal
Número MS: 80002670086	Data da amostragem: 04/03/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido verde claro de odor característico	Líquido verde claro de odor característico
Densidade	Máx. 0,800 g/cm ³	0,790 g/cm ³
pH a 25°C	6,00 a 9,00	7,35

Análise de performance (conjunto 1, 2 e 3)		
Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas
	Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida	Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida
	Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	Hemácias: rosa claro e de forma arredondada

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 04/03/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli